

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 38 /RHMTW-ĐVMS

Về việc mua sắm máy lấy vôi răng siêu âm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị thực hiện công việc: Mua sắm máy lấy vôi răng siêu âm. Để có cơ sở cho việc lập kế hoạch thực hiện công việc nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng chào giá, chi tiết như sau:

1. Danh mục mời chào giá: (đính kèm phụ lục 01)
2. Nội dung của chào giá: Bản gốc chào giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.
3. Yêu cầu về giá chào: (đính kèm phụ lục 02)
 - Giá chào đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, phí lắp đặt, phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện. Đơn vị chào giá cung cấp Hợp đồng tương tự (nếu có).
 - Địa điểm thực hiện dịch vụ:
4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: 90 ngày tính từ ngày ghi trên bản báo giá.
5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 11 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2026
6. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 38535178 Email: donvimuasam.rhmtw@gmail.com

Rất mong các đơn vị cung cấp gửi chào giá tham dự.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng QLCL (để đăng website BV);
- Đăng trên: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- Lưu VT, ĐVMS (NTH).



Hồ Hữu Tiến

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
VÀ CÁC TIÊU CHUẨN

(Kèm theo thư mời chào giá số : 38 / RHMTW-ĐVMS ngày 13 / 01 / 2026)

Stt	Tên danh mục	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy lấy vôi răng siêu âm	Yêu cầu chung - Máy mới 100% - Xuất xứ thiết bị: Mỹ hoặc Châu Âu - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Nguồn điện sử dụng: $\geq 220v - 240V$ - Tần số: 50/60 Hertz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $10 - 25^{\circ}C$ + Độ ẩm: $30 - 75\%$ Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Bàn đạp: 01 cái - Đầu xịt siêu âm 25k: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 Yêu cầu kỹ thuật: - Dòng điện: 0.4 amps 220V (80VA) - Áp lực nước: 172 - 414 kPa - Tốc độ chảy: + Thấp nhất (CW) = 0 ml/min + Cao nhất (CCW) ≥ 60 ml/min - Điện thế tại đầu lấy cao răng ≤ 25 Vrms (Vrms: Volts Root Mean Square) - Dây handpiece: ≥ 2.2 m - Dây bàn đạp: ≥ 2.2 m - Dây cấp nước: ≥ 2.2 m - Trọng lượng: $\leq 03kg$ - Kích thước Cao: ≤ 22 cm, rộng ≤ 10 cm - Máy có chức năng tự động điều chỉnh năng lượng - Tương thích với đầu nội nha siêu âm 25K	Cái/bộ	04