

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 530/RHMTW-ĐVMS
Về việc sửa chữa, thay thế linh kiện
cho máy hấp tiệt trùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị thực hiện công việc: Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy hấp tiệt trùng. Để có cơ sở cho việc lập kế hoạch thực hiện công việc nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng chào giá, chi tiết như sau:

1. Danh mục tính năng kỹ thuật: (đính kèm phụ lục 01)
2. Nội dung của chào giá: Bản gốc chào giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.
3. Danh mục yêu cầu chào giá: (đính kèm phụ lục 02)
 - Giá chào đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, phí lắp đặt, phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện. Đơn vị chào giá cung cấp Hợp đồng tương tự (nếu có).
 - Địa điểm thực hiện dịch vụ:
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM
4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá.
5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 11 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2026
6. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 38556732 (Ext: 3308).
Email: donvimuasam.rhmtw@gmail.com

Rất mong các đơn vị cung cấp gửi chào giá tham dự.

Trân trọng./ *meik*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng QLCL (để đăng website BV);
- Lưu VT, ĐVMS (T).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
RĂNG - HÀM - MẶT
TRUNG ƯƠNG
TP. HỒ CHÍ MINH
meik
Hô Hữu Tiến

PHỤ LỤC 01

Danh mục và tính năng kỹ thuật
sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy hấp tiệt trùng
(Kèm theo Công văn số 530/RHMTW-ĐVMS ngày 03 tháng 4 năm 2026)

STT	Tên danh mục	ĐVT	KL	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Ghi chú
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG (Model: MST-V 6-6-6 VS2; SN: 11960/2010; HSX/NSX: Belimed/Thuy Sỹ)					
1	Cảm biến nhiệt T1/T2	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> - Loại 2 đầu dò 4 dây, dải đo từ 50 độ đến 400 độ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng model: MST-V 6-6-6 VS2, hãng sản xuất Belimed. 	
2	Calip hiệu chỉnh máy	Gói	1	<ul style="list-style-type: none"> - Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ: để đảm bảo nhiệt độ phân bố đồng đều tại các điểm đo. - Hiệu chỉnh cảm biến áp suất: để đảm bảo áp suất trong buồng hấp đạt mức quy định. - Kiểm tra cửa buồng, hệ thống tạo hơi và các chu trình tiệt trùng. 	
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG (Model: MST-V FO 6-6-9 VS2; SN: 12685/2010; HSX/NSX: Belimed/Thuy Sỹ)					
3	Bộ van điện từ V624	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> - Thân van bằng Inox 304, chịu được nhiệt độ hơn 200 độ C, áp lực làm việc từ 4,5-10 bar. - Tương thích với máy hấp tiệt trùng model: MST-V FO 6-6-9 VS2, hãng sản xuất Belimed. 	
4	Calip hiệu chỉnh máy	Gói	1	<ul style="list-style-type: none"> - Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ: để đảm bảo nhiệt độ phân bố đồng đều tại các điểm đo. - Hiệu chỉnh cảm biến áp suất: để đảm bảo áp suất 	

Y
 H V
 H A
 G L
 C H
 *

				trong buồng hấp đạt mức quy định. - Kiểm tra cửa buồng, hệ thống tạo hơi và các chu trình tiệt trùng.	
--	--	--	--	--	--

PN
JA
ONG
KINH

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Công văn số 530/RHMTW-ĐVMS ngày 03 tháng 4 năm 2026)

BẢNG CHÀO GIÁ

Về việc sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy hấp tiệt trùng

Nội dung chào giá:

STT	Tên danh mục / Nội dung công việc	ĐVT	KL	Đơn giá	Thành tiền
	MÁY HẤP TIỆT TRÙNG (Model: MST-V 6-6-6 VS2; SN: 11960/2010; HSX/NSX: Belimed/Thụy Sĩ)				
1	Cảm biến nhiệt T1/T2 (Loại 2 đầu dò 4 dây, dài đo từ 50 độ đến 400 độ; Tương thích với máy hấp tiệt trùng model: MST-V 6-6-6 VS2, hãng sản xuất Belimed)	Cái	1		
2	Calip hiệu chỉnh máy (Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ: Để đảm bảo nhiệt độ phân bố đồng đều tại các điểm đo; Hiệu chỉnh cảm biến áp suất: Để đảm bảo áp suất trong buồng hấp đạt mức quy định; Kiểm tra cửa buồng, hệ thống tạo hơi và các chu trình tiệt trùng)	Gói	1		
	MÁY HẤP TIỆT TRÙNG (Model: MST-V FO 6-6-9 VS2; SN: 12685/2010; HSX/NSX:Belimed/Thụy Sĩ)				
3	Bộ van điện từ V624 (Thân van bằng Inox 304, chịu được nhiệt độ hơn 200 độ C, áp lực làm việc từ 4,5-10 bar; Tương thích với máy hấp tiệt trùng model: MST-V FO 6-6-9 VS2, hãng sản xuất Belimed)	Cái	1		
4	Calip hiệu chỉnh máy (Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ: Để đảm bảo nhiệt độ phân bố đồng đều tại các điểm đo; Hiệu chỉnh cảm biến áp suất: Để đảm bảo áp suất trong buồng hấp đạt mức quy định; Kiểm tra cửa buồng, hệ thống tạo hơi và các chu trình tiệt trùng)	Gói	1		
	Cộng				
	Thuế VAT ...%				

Tổng cộng				
<i>Số tiền bằng chữ: ...</i>				

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM.
- Thời gian thực hiện: *(Ghi rõ thời gian thực hiện và hoàn thành công việc. VD: 60 ngày)*
- Hiệu lực của chào giá: 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá.
- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan theo quy định.
- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

[ghi chức danh, ký tên, ghi họ tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Đơn vị gửi chào giá KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể; KHÔNG bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

