

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 889 /RHMTW-ĐVMS

V/v mời chào giá cung cấp máy hút dịch
(máy hút phẫu thuật).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị thực hiện công việc: Cung cấp máy hút dịch (máy hút phẫu thuật). Để có cơ sở cho việc lập kế hoạch thực hiện công việc nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng chào giá, chi tiết như sau:

1. Danh mục mời chào giá: Cung cấp máy hút dịch (máy hút phẫu thuật) (đính kèm phụ lục 01).

2. Nội dung của báo giá: Bản gốc báo giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.

3. Yêu cầu về giá chào: (đính kèm phụ lục 02).

- Giá chào đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, phí lắp đặt, phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện. Đơn vị chào giá cung cấp Hợp đồng tương tự (nếu có)

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM.

4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá.

5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày ghi trên Thư mời chào giá đến trước 11 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2026.

6. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:

- Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.3855.6732 (Nội bộ: 3308).

- Email: donvimuasam.rhmtw@gmail.com

Rất mong các đơn vị cung cấp gửi chào giá tham dự.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Đăng trên: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- Phòng QLCL (để đăng lên website BV);
- Lưu: VT, DVMS (P.H).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hồ Hữu Tiên

PHỤ LỤC 01

Danh mục và tính năng kỹ thuật cung cấp máy hút dịch (máy hút phẫu thuật).

(Kèm theo thư mời chào giá số : 879/RHMTW-ĐVMS ngày 18/5 /2026)

Stt	Tên danh mục	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy hút dịch (máy hút phẫu thuật)	<p>I. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Bộ chuyển đổi điện áp: AC100-240V, 50/60Hz <p>II. Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy hút chính - Bình chứa dịch dung tích $\geq 5000\text{ml}$ với van chống tràn: 2 - Vòng giữ bình cố định: 2 - Bình bẫy an toàn $\geq 220\text{ml}$: 2 - Bộ lọc chống nhiễm khuẩn chống thấm nước: 2 - Công tắc bàn đạp chân: 1 - Sách hướng dẫn sử dụng <p>III. Đặc tính và thông số kỹ thuật:</p> <p>1. Tính năng kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy hút dịch/ Máy hút dịch phẫu thuật sử dụng để hút chất lỏng cơ thể, khí, mô, hoặc xương của bệnh nhân sau khi phẫu thuật <p>2. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng - Kích thước: $\leq 50 \times 45 \times 85\text{cm}$ - Trọng lượng: $\leq 20\text{kg}$ - Chu kỳ hoạt động: Liên tục - Mức nhiễu ồn: $\leq 52 \text{ dBA}$ - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: $\geq 60 \text{ lít/phút}$ - Chân không tối đa (điều chỉnh được): $\geq 0.90\text{Bar}$; -90kPa; -675mmHg - Phân loại ISO 10079-1: HIGH VACUUM (Chân không cao)/ HIGH FLOW (Dòng cao) 	Cái/bộ	03

Y
NH V
HÀ
NG I
CỔ CH
★

Stt	Tên danh mục	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>IV. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) - Giao hàng, lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm - Giải quyết sự cố trong vòng 48 giờ - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Danh mục phụ tùng thay thế - Có báo giá và cam kết giá không đổi đối với các phụ tùng cơ bản trong vòng 5 năm - Cam kết có chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy, giấy phép nhập khẩu, vận đơn, tờ khai hải quan, invoice, packing list (nếu là hàng hóa nhập khẩu). 		

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Công văn số: 839/RHMTW-ĐVMS ngày 8/5/2026)

BẢNG CHÀO GIÁ

Về việc chào giá cung cấp máy hút dịch (máy hút phẫu thuật).

[Thông tin Công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi [Tên đơn vị] báo giá như sau:

Stt	Tên danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đ)	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
	...				
Tổng cộng giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)					

Thành tiền bằng chữ:

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM.
- Thời gian thực hiện: (Ghi rõ thời gian thực hiện và hoàn thành công việc. VD: 60 ngày)
- Hiệu lực của chào giá: 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá
- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan theo quy định.
- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

[ghi chức danh, ký tên, ghi họ tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Đơn vị gửi chào giá KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể; KHÔNG bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Nhà thầu lưu ý: Ghi đầy đủ các nội dung yêu cầu trên Phụ lục 02. Trường hợp nhà thầu không ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Phụ lục 02, báo giá sẽ bị xem là không hợp lệ.