

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 941 /RHMTW-KD
V/v chào giá cây cạo vôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp hàng hóa phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026. Để có cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, chi tiết như sau:

- Danh mục mời chào giá: danh mục theo phụ lục 1 đính kèm.
- Nội dung của báo giá: Bản gốc báo giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.
- Yêu cầu về giá chào (đính kèm phụ lục 02).
 - Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).
 - Địa điểm thực hiện: Khoa Dược - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Đơn vị chào giá cung cấp Hợp đồng tương tự (nếu có).
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá.
- Thời gian nhận hồ sơ báo giá: từ ngày mời chào giá đến trước 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2026.
- Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:
 - Khoa Dược - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Địa chỉ: 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028.3855.6732 (Nội bộ: 3202).

Rất mong các Đơn vị cung cấp tham gia báo giá để Bệnh viện làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm.

Trân trọng. *Nhu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng QLCL (để đăng lên website BV);
- Đăng trên: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- Lưu: VT, KD (BT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
RĂNG-HÀM-MẶT
TRUNG ƯƠNG
TP. HỒ CHÍ MINH
* Hồ Hữu Tiên

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn số 94/RHMTW-KD ngày 09 tháng 6 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Cây cạo vòi ART các loại (trên nước và dưới nước)	<p>Đầu lấy cao răng 25K dùng cho mức độ cao răng nhẹ đến trung bình (loại dưới nước-p100), mức độ cao răng trung bình đến nặng (loại trên nước-p10), thích hợp với độ công và bề mặt chân răng.</p> <p>Đầu phun nước riêng.</p> <p>Tương thích các máy cạo vòi hệ cơ chế sắt từ 25KHz sử dụng đầu insert một mảnh của các hãng</p> <p>Tần số hoạt động: 25KHz±5%</p> <p>Công suất hoạt động ở chế độ thường: 10W~30W±10%</p> <p>Công suất hoạt động với chế độ “Turbo”: 20W~35W±10%</p> <p>Áp lực nước cung cấp: 25~60PSIG (172~414Kpa)</p> <p>Diện tích tác dụng dạng elip</p> <p>- Hấp được ở nhiệt độ ≥134oC</p> <p>- Ký, mã hiệu: ART SLI-P100, ART -P10</p>	cái	200	BONART - Đài Loan

BỆNH
HÀ
HÀ
HỒ CH
★

PHỤ LỤC 2 : MẪU BẢNG BÁO GIÁ

[Thông tin Công ty,
mã số thuế, địa chỉ]

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số ___[ghi số thông báo mời chào giá] của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi ___[Tên đơn vị] báo giá như sau:

ST T	STT theo DM mời chào	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký, mã hiệu, nhãn hiệu	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền
Tổng cộng												

1. Ghi chú: Giá trọn gói cho một hệ thống hoàn thiện, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào ngoài hợp đồng bao gồm thuế VAT.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các sản phẩm trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Đại diện công ty
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

